

สภากาชาดไทย

บันทึกข้อความ

Scan เรื่องรับเข้า
ผู้รับ ๐๐๒ วันที่ 17 ก.พ. 2563

ฝ่ายเวชภัณฑ์ หน่วยธุรการและบัญชี

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดกลางและขอรายงานกรรมการพิจารณาจัดซื้อ

ความเห็นเจ้าหน้าที่


ฝ่ายเวชภัณฑ์
เลขที่ ผ.ค. 295/63
วันที่ 18 ก.พ. 2563
มูลค่า 0๕.51.51

เรียน หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์

ด้วยฝ่ายเวชภัณฑ์จะดำเนินการจัดซื้อ ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายออร์โธปิดิกส์ (PR02296300009) ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ฝ่ายเวชภัณฑ์ขอความร่วมมือในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบรายละเอียดกลาง ที่แนบมาด้วยนี้
2. แจ้งรายงานกรรมการพิจารณาจัดซื้อ จำนวน 3 ท่าน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมระบุสถานที่ติดตั้ง...ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ชั้น 6A และกรุณาส่งเรื่องคืนฝ่ายเวชภัณฑ์ภายใน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง


 (นายวิวัฒน์ แสงทอง)
 หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์

1. ตรวจสอบข้อกำหนดแล้ว
 - 1.1 ขอเปลี่ยนแปลงตามที่แก้ไขในรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้แล้ว
 - 1.2 ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้แล้ว
2. ขอยืนยันว่าไม่ได้กำหนดรายละเอียดกลางจำเพาะ (Specification) เป็นการเจาะจงให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด
3. รายงานกรรมการจัดซื้อ ดังนี้

3.1 พ.ต. (พิเศษ) น.พ. นรา	จารุวงศ์สินธุ์	(แพทย์/ ผู้แทน)
3.2 นาง อารวรรณ	รัตนอรุณา	(แพทย์/ ผู้แทน)
3.3 น.ส. อารีย์	พิมพ์สิน	(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่ธุรการ)


 หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์

20 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ประสานงาน: สิริภา 4388.

4.3 ชุดควบคุมด้วยเท้า (Foot Switch)	จำนวน	1	ชิ้น
4.4 กล่องใส่สำหรับนั่งฆ่าเชื้อโรค ทำด้วยโลหะปลอดสนิม	จำนวน	1	ชิ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

1. มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ใช้ภายในประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันส่งมอบเครื่องมือ (กรณีที่ต้องสำรองอะไหล่)
2. ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ถ้ามี)
3. เครื่องมือที่ส่งมอบต้องเป็นเครื่องมือใหม่จากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยถูกใช้สัทธิตมาก่อน ถ้าหากโรงพยาบาลพบว่าไม่เป็นไปตามนี้ ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ให้โดยไม่คิดมูลค่า
4. ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องแสดงรายละเอียดของเครื่องมือ ได้แก่ ชื่อเครื่องมือหลัก, เครื่องมือรอง (ยี่ห้อ รุ่น S/N) , อุปกรณ์ประกอบ (เฉพาะที่มี S/N) และแจกแจงราคาแยกตามรายการ (ใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มของฝ่ายเวชภัณฑ์)
5. ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องจัดทำไฟล์รูปภาพเครื่องมือ และภาพที่มองเห็น Serial Number ที่ตัวเครื่องมืออย่างชัดเจน และส่ง E-Mail เพื่อตรวจสอบที่ kcmh4892@gmail.com
6. ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องมีเอกสารการนำเข้าเครื่องมือผ่านศุลกากร และ เอกสารการส่งสินค้าทางเรือหรือเครื่องบิน โดยนับตั้งแต่วันที่นำเข้า จนถึงวันที่ส่งมอบเครื่องมือ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (ถ้าผลิตภายในประเทศเริ่มจากวันที่ผลิต)
7. ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องมีเอกสารการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
8. ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องมีเอกสารการตรวจสอบเชิงคุณภาพจากวิศวกรหรือช่างจากบริษัทผู้ขาย
9. ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องมีเอกสารยืนยันว่า ถ้ามีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต ผู้ขายจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทผู้ขายรับทราบเรื่องการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
10. หน่วยงานที่ซื้อเคยใช้งาน หรือ ได้ทดลองใช้งาน หรือ ได้รับการสาธิตจากบริษัทผู้ขายแล้ว (ยกเว้นเครื่องที่ยังไม่เคยนำเข้า)
11. มีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น CE MARK , ISO 9001, ISO 13485 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า (จากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล)
12. เป็นผลิตภัณฑ์ของ ยุโรป, สหรัฐอเมริกา
13. รับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน

ข้อกำหนดอื่น

1. เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. แจ้งผลิตภัณฑ์
3. แจ้งกำหนดส่งของ

เรียน หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์

ได้ตรวจสอบแล้วเป็นเครื่องมือ

มีรายละเอียดถูกต้องตามความประสงค์

ลงชื่อ..... *ทพ. อนุชิต อนุชิต*

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์

วันที่..... 20 กุมภาพันธ์ 2563

/3.แจ้งกำหนด...